



RESÚMEN EJECUTIVO

- Entidad:** Gobierno Autónomo Departamental de Oruro.
- Referencia:** Supervisión sobre los recursos destinados al mantenimiento de equipos médicos en consultorios, quirófanos y otros ambientes del Hospital General San Juan de Dios Oruro.
- Informe N°:** EO/GP570/S25-G1.
- Objetivo:** Emitir un pronunciamiento sobre los recursos destinados al mantenimiento de equipos médicos en consultorios, quirófanos y otros ambientes del Hospital General San Juan de Dios Oruro.
- Objeto:** El objeto de la Supervisión constituye la documentación relativa a los recursos destinados al mantenimiento de equipos médicos en consultorios, quirófanos y otros ambientes del Hospital General San Juan de Dios Oruro, considerando entre otros:
- Inventario general activos fijos de la gestión 2025.
 - Asignación individual de bienes.
 - Documentación sobre el mantenimiento de equipos médicos.
 - Cronograma de mantenimiento de equipos médicos.
 - Registros de Ejecución de Gastos.
- Periodo:** Al 30 de noviembre de 2025.

Pronunciamiento:

Con base en los resultados obtenidos concluimos que los recursos destinados al mantenimiento de equipos médicos en consultorios, quirófanos y otros ambientes del Hospital General San Juan de Dios Oruro (HGSJDD Oruro) dependientes del Gobierno Autónomo Departamental de Oruro, no son suficientes, advirtiéndose la alerta que se expone en el siguiente acápite.

Aspectos observados:

- 2.2.1 Recursos insuficientes destinados al mantenimiento de equipos médicos.

---0---